商 品 保 證 卡

品　　名	3D 迴轉式震盪器	廠　　牌	EVERNEW
機　　型	YSR-200	製造號碼	
客戶名稱			
地　　址			
電　　話		公司章	
購買日期			
保證期間	至		

保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
   （1）未能出示保證卡者。
   （2）人為因素使用不當或擅自改裝者。
   （3）安裝後移動或運送所發生之故障。
   （4）由於天災地變而發生損毀者。
   （5）經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保障卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

又 鑫 生 物 科 技 有 限 公 司

服 務 專 線:

TEL: (02) 2100-1008　　FAX: (02) 2522-1018

又鑫生物科技有限公司
Yu-Shing Biotech., Ltd

迷你型 3D 迴轉式震盪器

操作說明

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

型號: ■ YSR-200

一、外觀說明：



編號	名稱	功能說明
1	震盪盤面	放置樣品用
2	電源開關	控制啟動或關閉用

二、操作說明：

1. 本機使用電壓 ■110V □220V/50，60Hz。
2. 確認電源後將電源插入 110V 或 220V 伏的插座。
3. 將要混合之檢體放在上盤上。
4. 把機器之開關放在 “ ON “ 的位置，此時機器即開始運轉。
5. 如欲讓機器停止，請將開關放在 “ OFF “ 的位置。

三、產品規格表：

型號	YSR-200
轉速範圍	24 rpm(60Hz)/20 rpm(50Hz)固定轉速
傾斜角度	固定 20 度
啟動裝置	開或關

型號	YSR-200
盤面尺寸(mm)	235 x 125 (W x D x H)
外觀尺寸(mm)(W*D*H)	235 x 125 x 175
重量(kg)	1.8
操作溫度	0~40℃

四、清潔保養及維護：

1. 機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點，請使用中央洗劑擦乾，再以清水將洗劑完全洗清。
2. 請勿使用任何溶解液擦拭以免生鏽。
3. 當該機器不使用時,請盡量保持轉盤乾淨,若長時間不使用則請將插頭拔掉。

五、注意事項：

1. 使用前注意電壓是否正確，需使用 110V 60Hz 電源之專用插座。
2. 不可使用於有侵蝕性之藥品或液體等之環境上。
3. 實驗物品需平均置放於震盪盤上且必須由中央往外放置，並於確定穩固後才可開始旋轉震盪。
4. 實驗物品尚未放置穩固時請勿啟動電源。
5. 轉盤轉動時請勿以手觸及轉盤或盤上任何東西，以避免受傷。
6. 如有實驗藥品或液體露出時，需儘快擦拭乾淨，避免藥品或液體掉入或流入機體內，影響儀器之壽命。